

臭氧治疗仪招标参数

基本要求：

- 1、用于制备氧气和臭氧混合气体，注射至靶组织以达到缓解疼痛的效果。
- 2、配置臭氧水装置。
- 3、产品质保期不少于 3 年
- 4、耗材/易耗品单独报价

一、主要技术参数

- 1、臭氧浓度：0-80 ug/ml，无级调节，无断点制取臭氧。
- 2、医用臭氧浓度调节方式：连续可调。
- 3、臭氧浓度误差 $\leq \pm 5\%$ 。
- 4、工作温度： 厂家自行标注
- 5、电源220V $\pm 10\%$ AC 50-60Hz

二、性能要求

- 1、使用便捷：便于在门诊、病房、手术室移动使用。
- 2、具有臭氧浓度显示功能。
- 3、具有注射器取气及自动灌注取气功能
- 4、定量取气功能，取气量可根据实际情况自行设定
- 5、有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法
- 6、有内置压力校正器，保证浓度精确
- 7、具有气路压力校正及控制装置
- 8、有声光报警装置；避免操作失误
- 9、有残气回收净化装置，避免造成环境污染
- 10、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过国家标准

11、通过N₂O检测，提供国家权威机构出具的臭氧中氧化亚氮含量检测报告